

# 河南大学淮河医院单一来源采购专家论证意见表

项目名称	GE LOGIQ S8 腹部探头
项目预算	95000 元
项目背景及单一来源采购理由	GE LOGIQ S8 超声设备设计原理复杂，技术含量高，特别是超声设备探头。现我院该设备腹部探头（型号：C1-5-D）损坏，需要更换原厂同型号探头才能和机器匹配，专机专用，无法与其他品牌兼容。因此建议采用单一来源方式采购。
专家论证意见	彩超探头与彩超设备专机专用，建议单一来源方式采购。 姓名：纪晓峰 工作单位：河南省胸科医院 职称：副主任医师 联系电话：13673398171
专家论证意见	GE LS8 超声设备腹部探头为原厂匹配产品，建议采用单一来源采购。 姓名：李振伟 工作单位：郑州市中心医院 职称：副主任医师 联系电话：13526868787
专家论证意见	GE 彩超探头为超声设备的重要组成部分，设计精密，非原厂探头有故障隐患，建议单一来源方式采购。 姓名：李娜 工作单位：新郑人民医院 职称：中级 联系电话：13837019760
备注	专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人。要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。