

河南大学淮河医院单一来源采购 专家论证意见表

项目名称	河南大学淮河医院 GEIGS530 球管采购项目		
项目预算	125 万元		
项目背景及单一来源采购理由	<p>球管属于整机的核心部件，需保证其规格、型号、品种、质量与整台设备相兼容、适应，确保整机安全、高效和更佳的图像质量；DSA 对球管有严格的精准和匹配性的要求，购置其它机器球管则无法与原机器匹配；为保证使用产品的配套性、兼容性，现须继续从原有设备厂家处采购，GE 原厂球管获得了国家食品与药品监督管理局严格认证的整机 CFDA 证书。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，故申请拟采用单一来源方式采购。</p>		
专家论证意见	<p>本次以单一来源采购方式进行采购项目，其产品 为独特的医疗设备，只能采购同品牌部件，故采 用单一来源方式。</p> <p>姓名：胡立新 工作单位：河南大学淮河医院 职称：主任医师 联系电话：13868157055</p>		
备注	<p>专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人，（副高以上职称（特殊专业条件适当放宽，外聘专家不少于 2 人）。要求填写客观、真实，该表格存档备案。</p>		