

河南大学淮河医院单一来源采购 专家论证意见表

| | |
|---------------|--|
| 项目名称 | 河南大学淮河医院 GEIGS530 球管采购项目 |
| 项目预算 | 125 万元 |
| 项目背景及单一来源采购理由 | <p>球管属于整机的核心部件，需保证其规格、型号、品种、质量与整台设备相兼容、适应，确保整机安全、高效和更佳的图像质量；DSA 对球管有严格的精准和匹配性的要求，购置其它机器球管则无法与原机器匹配；为保证使用产品的配套性、兼容性，现须继续从原有设备厂家处采购，GE 原厂球管获得了国家食品与药品监督管理局严格认证的整机 CFDA 证书。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，故申请拟采用单一来源方式采购。</p> |
| 专家论证意见 | <p style="font-size: 1.2em;">GE 公司的 D.S.A 球管是和一般设备的球管不一样的。它的压力通断是由栅极控制，也叫栅控球管。价格比一般球管支出需多，而且还与设备配套，所以该项目应该按单一来源的方式采购。</p> <p>姓名： 韩山河 工作单位： 河南省肿瘤医院</p> <p>职称： 高工 联系电话： 13937142197</p> |
| 备注 | <p>专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人，（副高以上职称（特殊专业条件适当放宽，外聘专家不少于 2 人）。要求填写客观、真实，该表格存档备案。</p> |