

河南大学淮河医院单一来源采购专家论证意见表

| | |
|---------------|---|
| 项目名称 | 飞利浦超声 EPIQ5 及 EPIQ7C 配套 C5-1、S5-1 探头项目 |
| 项目预算 | S5-1 探头预算 9.75 万元；C5-1 探头预算 9.75 万元。合计 19.5 万元 |
| 项目背景及单一来源采购理由 | <p>超声设备设计原理复杂，技术含量高，特别是超声设备探头。现我院该设备 EPIQ5 腹部探头 C5-1 损坏，需要更换原厂同型号探头才能和机器匹配，专机专用，无法与其他品牌兼容。</p> <p>超声设备设计原理复杂，技术含量高，特别是超声设备探头。现我院该设备 EPIQ7C 心脏探头 S5-1 损坏，需要更换原厂同型号探头才能和机器匹配，专机专用，无法与其他品牌兼容。</p> <p>因此建议以上两种探头采用单一来源方式采购。</p> |
| 专家论证意见 | <p style="text-align: center;">探头属于专机专用；各品牌间互不兼容，必须配备原厂专用型号探头，故建议此采购的 S5-1、C5-1 探头采用单一来源方式采购。</p> <p>姓名：董红萍 工作单位：开封市人民医院 职称：副主任医师 联系电话：13460788450</p> |
| 备注 | 专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人。要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。 |