


单一来源产品专家论证意见表

采购单位	河南大学淮河医院
项目名称	河南大学淮河医院动态心电图记录仪（纽扣型）采购项目
预算金额	380000 元
供应商名称	郑州流云医疗器械有限公司
单一来源事由及条件	动态心电图记录仪（纽扣型）（品牌：无锡中健 型号：CB-1202-C）不是单独存在能使用的设备，是配合目前临床科室现有无锡中健动态心电图分析工作站使用，且现有工作站与分析终端记录仪具有固定的数据格式，其它品牌终端机器均不能对接使用，根据《政府采购法》第三十一条规定，保证原有采购项目一致性或服务配套的要求可以采用单一来源采购方式采购。
专家一论证意见	<p>该院所使用动态心电图记录仪为纽扣型，无锡中健生产，由于该产品为心电图记录仪配件，与主机数据连接匹配，其他品牌不能对接使用在临床上具有唯一性。符合国家单一来源采购条件。因此同意该项目采用单一来源采购方式进行。</p>
	日期：2024 年 04 月 30 日
	专家签字： 
	工作单位：流云医疗器械有限公司