

专家二论证
意见

该产品作为现今输入国内，已经使用过无锡
中健动态心电图分析工作站使用而增配为终端
记录仪，由于工作站与分析终端记录仪具有同一系
列数据格式，其他品牌之工作站机器不能与该机
组使用，同意为单一制式采购。

日期：2024年04月30日

专家签字：王延红

工作单位：河南中远三研院

专家三论证
意见

该院动态心电图机是无锡中健生
产，记录仪是与之机配套使用的病人身上
携带部分。该部分使用合格时必须与主
机配套。根据《医疗器械使用管理办法》
及系列等法规。必须与生产厂家的
同意后方可接单—采购方式采购。

日期：2024年04月30日

专家签字：李超

工作单位：河南省医学科学院研究所