

河南大学淮河医院单一来源采购专家论证意见表

项目名称	西门子小型 C 臂排线组采购项目
项目预算	¥60285.00 元
项目背景及单一来源采购理由	<p>我院正使用的西门子小 C 型臂 SIREMOBIL CompactI 出现故障，曝光后无法显示图像，设备无法正常使用。此次需要更换的配件属于专机专用配件排线组，各个厂家互不兼容，考虑到系统兼容性、整机的稳定性及安全性。西门子医疗系统有限公司作为西门子中国的售后服务唯一指定供应商，具有唯一性。符合中华人民共和国政府采购法第三十一条中第一条规定，可以采用单一来源采购方式采购。</p>
专家论证意见	<p>该机器维修所需零件属于专用零件，各厂家之间无法兼容，为了设备安全性及稳定性，须采用原厂零件，符合单一来源采购方式。</p> <p>姓名： 阎青 工作单位： 河南大学第一附属医院 职称： 主任医师 联系电话： 13781905926</p>
备注	<p>专家论证意见栏须手写填入，专家人数至少三人。要求填写内容客观、真实，该表格存档备案。</p>